Xsight 測定例（ポリスチレンラテックス粒子とシリカ粒子の混交測定）

測定サンプル
・ポリスチレンラテックス粒子(Size:1.5μm, 2.5μm, RI:1.6)
・シリカ粒子(Size:1.5μm, 2.5μm, RI:1.4)
・粒子濃度(10^5~10^7個/mL)
・サンプル量(30μL)
・レーザー波長(445nm)

測定図



ポリスチレンラテックス粒子とシリカ粒子の分布について、粒子径・屈折率を分離して測定可能